



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

RESP. PELA SOLICITAÇÃO:

Andréia Vieira dos Santos

OBJETO:

Aquisição de 01 (uma) unidade móvel, TIPO AMBULÂNCIA, para Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, de acordo com as condições e especificações ora discriminados, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição se justifica em decorrência da necessidade de aquisição de ambulância para o Hospital Geral Municipal de Dom Pedro/MA, sendo um Hospital de Alta complexidade, referência na região. Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do município, sendo necessário adquirir novas viaturas, para garantir o traslado dos usuários atendidos nas unidades de saúde, principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para o Pronto Atendimento Municipal ou para o Hospital de referência do município. Somentamos que com aquisição de outra ambulância, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO - FORNECIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	<p>Ambulância tipo A simples remoção tipo pick up, potência Mínima 175 CV, Transmissão manual, tração 4x4 com seletor de acionamento, medidas externas (comprimento mínimo 5,330, entre eixo mínimo 3.080), comprimento interno da ambulância mínimo 2.310, direção hidráulica ou elétrica, capacidade de carga mínimo 1.000 kg.</p> <p>DESCRITIVO DA ADAPTAÇÃO, Transformação em ambulância confeccionado em baú de fibra de vidro; Revestimento interno nas laterais e teto em Fibra de vidro; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, com trilho para entrada e saída da maca; Balcão com local para medicamentos e suporte para instalação de equipamentos; Iluminação interna, sinalizador frontal e lateral em LED 12 v (lente defletora em cada LEDs); O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiro; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, com um único auto falante; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; Maca retrátil com comprimento superior a 1.90m com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés</p>	UND	01


Andréia



	<p>dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das</p> <p>pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por</p> <p>apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg; Banco lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais; Suporte para fixação pra um cilindro de oxigênio com capacidade de 20 litros (4m³) e próprio cilindro de oxigênio de 4m³; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Uma janela na lateral com vidro correção, fixada em borracha para melhor vedação; Vidros nas duas portas traseiras com serigrafia e película opaca; Conjunto completo de fechadura, trincos, dois amortecedores sendo um em cada porta; Duas portas traseiras em fibra com abertura lateral de folha dupla; Um ventilador interno no teto da ambulância com</p> <p>proteção de cúpula de fibra; Pintura externa na cor do veículo; Instalação de 01 suporte para Soro e plasma fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Serigrafia padrão Ambulância; Cavidade para comunicação com a cabine; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel do veículo, controlando a carga da bateria, ligando e desligando iluminação interna, ligando e desligando iluminação</p>		
--	--	--	--

Assinatura



	<p>externa nas laterais e strobos no para-choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando iluminação da entrada "farol de embarque", ligando e desligando giroflex, sirene e troca de tons; ligando/desligando o ar condicionado no compartimento do paciente e gerenciando a velocidade do mesmo "caso esteja disponível na ambulância".</p> <p>ACESSORIOS: Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré e Bolsa completa de primeiros socorros, confeccionada em tecido 100% poliamida</p>		
PRAZO DE ENTREGA:	30 (trinta) dias corridos		
PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO:	15 (quinze) dias corridos		
GARANTIA:	conforme Lei 8.078/90		
DATA:		ASSINATURA:	
Dom Pedro – MA, 12 de agosto de 2021		 Andréia Vieira dos Santos	