



COTAÇÃO DE PREÇOS

Apresentação da Proposta:

Venho por meio desta apresentar minha Cotação de Preços para **contratação de empresa para locação de analisador bioquímico Bio-200, destinado para exames laboratoriais pertencentes a rede Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.**

NOME EMPRESARIAL: G. FERREIRA DE SOUSA					
CIDADE: DOM PEDRO		UF: MA	CEP: 65765-000		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: GESSYCA FERREIRA DE SOUSA					
CNPJ: 015.194573/0001-70					
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de analisador bioquímico, destinado para exames laboratoriais pertencentes a rede Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QT.	VL. UNIT.	V. TOTAL
1	<p>Analisador Bioquímico semi-automático: Modelo Bio-200. Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade.</p> <ul style="list-style-type: none">90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto)Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 AbsMonocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578,620 e 670 nmBanda de passagem 10nm para 340 e 06nm para demais filtrosLuz espúria: 0,01% TLeituras monocromáticas e bi cromáticaFluxo contínuo de 150 ul a 2,0 mlCubeta de fluxo metálica de 32 ultermoestabilizada para 25, 30, 37 0,1 °CContaminação cubeta: 1% com 500 ul (teste com solução de dicromato de potássio)	MÊS	5	R\$ -3.500,00	R\$ -17.500,00

COTAÇÃO DE PREÇOS

Apresentação da Proposta:

Venho por meio desta apresentar minha Cotação de Preços para contratação de empresa para locação de analisador bioquímico Bio-200, destinado para exames laboratoriais pertencentes a rede Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

NOME EMPRESARIAL: J G B DOS SANTOS FILHO					
CIDADE: GONÇALVES DIAS			UF: MA	CEP: 65775-000	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:					
CNPJ: 14.406.539/0001-50					
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de analisador bioquímico, destinado para exames laboratoriais pertencentes a rede Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QT.	VL. UNIT.	V. TOTAL
1	<p>Analisador Bioquímico semi-automático: Modelo Bio-200. Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto) Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578,620 e 670 nm Banda de passagem 10nm para 340 e 06nm para demais filtros Luz espúria: 0,01% T Leituras monocromáticas e bi cromática Fluxo contínuo de 150 ul a 2,0 ml Cubeta de fluxo metálica de 32 ultermostatizada para 25, 30, 37 0,1 °C Contaminação cubeta: 1% com 500 ul (teste com solução de dicromato de potássio) Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla Leituras com padrão, multi padrão e fator Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de LeveyJennings Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade Controle completo da reação cinética ou colorimétrica Alimentação: 110, 127, 220 Volts 35 VA Número de registro na ANVISA 	MÊS	5	R\$ -3.900,00	R\$ -19.500,00

104239100006.

EXAMES ESPECÍFICOS:

- GLICEMIA;
- COLESTEROL;
- HDL COLESTEROL;
- TRIGLICÉRIDES;
- FOSFATASE ALCALINA;
- AMILASE;
- TGO (AST);
- TGP (ALT;)
- UREIA;
- CREATININA;
- ÁCIDO ÚRICO;
- BILIRRUBINA TOTAL;
- BILIRRUBINA DIRETA;
- BILIRRUBINA INDIRETA;
- FERRO SÉRICO;
- GAMA GT.



R.T.: Garcia Filho

CRF: 2730

C.N.P.J.: 14.406.539/0001-50

VALOR GLOBAL: R\$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais)

	TOTAL	R\$ 19.500,00

Gonçalves Dias/MA 04 de março 2021

José Garcia Barbosa dos Santos Filho

JOSE GARCIA BARBOSA DOS SANTOS FILHO

CPF: 01798062380

RG:0132739720007



Responsável Técnico:
Marcus Emanuel de Castro Souza
CRF/MA 2720

COTAÇÃO DE PREÇOS

Apresentação da Proposta:

Venho por meio desta apresentar minha Cotação de Preços para contratação de empresa para locação de analisador bioquímico Bio-200, destinado para exames laboratoriais pertencentes a rede Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

M. E. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO EIRELI					
Rua Coronel João Sena, Presidente Dutra		UF: MA	CEP: 65760-000		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:					
CNPJ: 18.730.171.0001-31					
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de analisador bioquímico, destinado para exames laboratoriais pertencentes a rede Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QT.	VL. UNIT.	V. TOTAL
1	<p>Analisador Bioquímico semi-automático: Modelo Bio-200. Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade.</p> <ul style="list-style-type: none">90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto)Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 AbsMonocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578,620 e 670 nmBanda de passagem 10nm para 340 e 06nm para demais filtrosLuz espúria: 0,01% TLeituras monocromáticas e bi cromáticaFluxo contínuo de 150 ul a 2,0 mlCubeta de fluxo metálica de 32 ultermostatizada para 25, 30, 37 0,1 °CContaminação cubeta: 1% com 500 ul (teste com solução de dicromato de potássio)Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltiplaLeituras com padrão, multi padrão e fatorEstatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey JenningsImpressão dos resultados com impressora gráfica incorporadaLâmpada de Tungstênio de longa durabilidadeControle completo da reação cinética ou colorimétricaAlimentação: 110, 127, 220 Volts 35 VA	MÊS	5	R\$ -3.800,00	R\$ -19.000,00

Marcus Emanuel de Castro Souza

Digitalizada com CamScanner

	<ul style="list-style-type: none"> • Número de registro na ANVISA 104239100006. EXAMES ESPECÍFICOS: • GLICEMIA; • COLESTEROL; • HDL COLESTEROL; • TRIGLICÉRIDES; • FOSFATASE ALCALINA; • AMILASE; • TGO (AST); • TGP (ALT); • UREIA; • CREATININA; • ÁCIDO ÚRICO; • BILIRRUBINA TOTAL; • BILIRRUBINA DIRETA; • BILIRRUBINA INDIRETA; • FERRO SÉRICO; • GAMA GT. 			
VALOR GLOBAL: R\$ 19.000,00 (Dezenove mil reais)		TOTAL		R\$ 19.000,00

Presidente Dutra/MA 04 de março de 2021

Marcus Emanuel de Castro Souza
(Nome e assinatura do Declarante/ Representante Legal)
RG nº 114646099-3. e CPF nº.017.720.783-36

[Handwritten marks and signatures]



MAPA DE APURAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETIVO: Contratação de empresa para prestar serviço de locação de equipamento Analisador Bioquímico BICO-200 destinados para exames laboratoriais pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedroma.

EMPRESAS		LABORATÓRIO GESSY		CAD LABORATÓRIO		LABORATÓRIO GARCIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QT. MESES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QT. MESES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	<ul style="list-style-type: none"> Analisador Bioquímico semi-automático, Modelo Bio-200. Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Turbidimetria (padrão, látex ou curva de padrões); Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade. 80 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto) Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578,620 e 670 nm Banda de passagem 10nm para 340 e 06nm para demais filtros Luz espúria: 0,01% T Leituras monocromáticas e bi cromática Fluxo contínuo de 150 ul a 2,0 ml Cubeta de fluxo metálica de 32 ul estomatizada para 25, 30, 37,0, 1 °C Contaminação cubeta: 1% com 500 ul (teste com solução de dicromato de potássio) Leituras em absorvância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla Leituras com padrão, multi padrão e fator Levey-Jennings Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey-Jennings Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade 	MESES	5	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00	5	R\$ 3.800,00	R\$ 19.000,00	5	R\$ 3.900,00	R\$ 19.500,00
				R\$ 17.500,00		R\$ 19.000,00		R\$ 19.500,00			

EMPRESA VENCEDORA		LABORATÓRIO GESSY			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<ul style="list-style-type: none"> Analisador Bioquímico semi-automático, Modelo Bio-200. Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Turbidimetria (padrão, látex ou curva de padrões); Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade. 80 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto) Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578,620 e 670 nm Banda de passagem 10nm para 340 e 06nm para demais filtros Luz espúria: 0,01% T Leituras monocromáticas e bi cromática Fluxo contínuo de 150 ul a 2,0 ml Cubeta de fluxo metálica de 32 ul estomatizada para 25, 30, 37,0, 1 °C Contaminação cubeta: 1% com 500 ul (teste com solução de dicromato de potássio) Leituras em absorvância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla Leituras com padrão, multi padrão e fator Levey-Jennings Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey-Jennings Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade 	MESES	5	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00
				R\$ 17.500,00	

Dom Pedroma, 04 de março de 2021

Joel Pinheiro de Assunção
JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
 Presidente da Comissão

Mário Aguiar Ribeiro Filho
MÁRIO AGUIAR RIBEIRO FILHO
 Elaborador

Maria Suelva Anorim
MARIA SUELA SILVEIRA ANORIM
 Equipe de Apoio